



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

ADENDO AO EDITAL N°. 044/2024

Processo Licitatório n°. 044/2024


Pregão Eletrônico n°. 15/2024

OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO DE 5 PARTES E NO MÍNIMO 35 PARAMETROS, INCLUINDO PARAMETROS DE PESQUISA, PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO SES MG N° 8442/2022; RESOLUÇÃO SES MG N° 8161/2022; RESOLUÇÃO SES MG N° 7830/2021; RESOLUÇÃO SES MG N° 7351/2020; RESOLUÇÃO SES MG N° 7659/2021; RECURSOS DE TRANSPOSIÇÃO À FACULDADE DE LEI COMPLEMENTAR 171/2023.

Por ser prerrogativa da Administração sempre que necessário exercer seu poder de autotutela, podendo rever e reformar seus atos, com base nos princípios legais que regem a Administração Pública, verifica-se a necessidade de serem realizadas adequações ao Edital, a fim de garantir o Princípio da Eficiência, Razoabilidade, Proporcionalidade e Segurança Jurídica, visando resguardar os interesses da Administração Pública com a melhor contratação possível, a Pregoeira da Secretaria M. de Saúde de Itanhandu, no uso de suas atribuições, decide alterar o Edital, conforme especificado abaixo:

Fica alterado a descrição do objeto a ser licitado, item 2 do Anexo I do Edital, que passa a ser com as seguintes especificações:

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO
1	01	UN	<p>ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO – 5 partes</p> <ul style="list-style-type: none">• Analizador Hematológico NOVO (PRIMEIRO USO) com diferencial de 5 partes e no mínimo de 35 parâmetros, incluindo os parâmetros de pesquisa.• Velocidade de no mínimo 60 amostras por hora;• Apresentação gráfica de histogramas com impressão das contagens (série vermelha, branca e plaquetária) e distribuição das 5 partes diferenciais;• Alarmes morfológicos para série vermelha, série branca e plaquetas;• Princípio de medição: Método de impedância para contagem de RBC e PLT, reagente livre de cianeto para teste de hemoglobina, citometria de fluxo, laser de 3 ângulos disperso + método de coloração química para análise diferencial de WBC em 5 partes e contagem global de WBC.• Possuir volume de aspiração de amostra de no máximo 25µL;• Modo de amostra operacional: Tubo aberto ou fechado• Software em português;• Deve ser de fácil operação, computadorizado.• Controle de Qualidade com Gráficos Numéricos e de Levey-Jennings e monitoramento por regras de Westgard;• Gerenciamento de dados simples e eficaz com capacidade para interfaceamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

		<p>bidirecional;</p> <ul style="list-style-type: none">• Deve permitir a identificação completa das amostras com nome, nº do paciente, sexo, idade, procedência, via teclado alfa-numérico e por leitor de código de barras;• O equipamento deverá apresentar memória para armazenamento dos resultados. Armazenamento de no mínimo 10.000 resultados completos;• Todos os reagentes, calibradores e controles, deverão ser da mesma marca do aparelho e ter registro na ANVISA;• O equipamento deverá ser entregue acompanhado de Manual de Operação e Manutenção ou cópia em português. <p>APRESENTAR MATERIAL INFORMATIVO</p>
--	--	--

Demais itens do Edital e seus Anexos permanecem inalterados. Conforme Decreto 10.024 de 20/09/2019, artigo 24, § 3º, fica designada a nova data de 20 de Maio de 2024, as 09h:00min para a realização da sessão do Pregão Eletrônico.

Itanhandu, 06 de Maio de 2024

**Lucimara de Fátima Alvarenga
Pregoeira**